



OLIMPIJSKI KOMITET
SRBIJE

Broj: 2019-16/D/6
Datum: 05.12.2019. godine

OBAVEŠTENJE BROJ 1

Predmet: Dodatna pojašnjenja za javnu nabavku medicinski aparat za fizikalnu terapiju broj JN: 16/2019

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da su putem mail-a stigla pitanja kojima se traži dodatno razjašnjenje Konkursne dokumentacije:

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama imamo sledeća pitanja i sugestije:

Pitanje broj 1

1. U konkursnoj dokumentaciji prilikom pozivanja na Član 75. Obavezni uslovi izostavili ste Stav 5. koji glasi: "da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom". U ovom slučaju, s obzirom da se radi o medicinskom sredstvu, neophodno je zahtevati Rešenje Ministarstva zdravljia za obavljanje ove vrste delatnosti, a u skladu sa Zakonom o medicinskim sredstvima.

Odgovor broj 1

Odgovor će biti dat u I izmeni I dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje broj 2

2. Tehnička specifikacija medicinskog sredstva koju ste dali u konkursnoj dokumentaciji direktno narušava Član 10. Zakona o javnim nabavkama "Načelo obezbeđivanja konkurenčije" koje glasi: "Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenčiju. Naručilac ne može da ograniči konkurenčiju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotreboom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma."

Odgovor broj 2

Prema saznanjima Naručioca na tržištu postoji više različitih ponuđača lasera visokog inteziteta sa različitim tehničkim karakteristikam, a Naručilac nije u obavezi da konkursnu dokumentaciju i tehničke karakteristike prilagodi potencijalnim ponuđačima već isključivo svojim potrebama i zahtevima tretiranja sportista. Pored navedenog, ističemo da je Zakonom i konkursnom dokumentacijom predviđeno da ponuđači ponudu mogu podneti kako samostalno, tako i učestvovanjem u zajedničkoj ponudi, gde ispunjenost uslova ispunjavaju zajedno, te na taj način ispuniti uslove Naručioca.

Takođe, napominjemo da naručilac sprovodi predmetni postupak u skladu sa pozitivnim propisima, bez namere da favorizuje bilo kog potencijalnog ponuđača. Predmetna konkursna dokumentacija je pripremljena u svemu u skladu sa ZJN i ne стоји primedba da su propisani uslovi diskriminatorski, tj da favorizuju nekog od ponuđača, tako da u predmetnoj konkursnoj dokumentaciji nisu prekršena načela javne nabavke propisana članom 10. i članom 12. Zakona.

Generala Vasića 5,
11040 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3671574
+381 11 3671575
Fax: +381 11 3671887
www.oks.org.rs
office@oks.org.rs



OLIMPIJSKI KOMITET
SRBIJE

Obrazloženje po stavkama tehničke specifikacije:

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE) APARAT ZA TERAPIJU LASEROM VISOKOG INTENZITETA

Karakteristike uređaja:

Pitanje 2-1

*Neinvanzivni terapeutski uređaj namenjen da emituje energiju u infracrvenom spektru – ovo je prihvatljivo jer svaki fizioterapeutski laser radi u IR spektru

Odgovor 2-1

Naručilac ostaje pri definisanom zahtevu

Pitanje 2-2

*Obezbeđuje površinsku stimulaciju biološkog tkiva – bolji efekti se postižu ako se obezbedi i dubinska stimulacija tkiva, pa smatramo da ovo treba izbaciti

Odgovor 2-2

Odgovor će biti dat u I izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-3

*Terapeutска enciklopedija – pojasniti šta tačno podrazumeva “terapeutска enciklopedija”

Odgovor 2-3

Odgovor će biti dat u I izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-4

*Programirani protokoli – ovo je razumljivo i prihvatljivo

Odgovor 2-4

Naručilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-5

*Korisnički-definisani protokoli i baza pacijenata - ovo je razumljivo i prihvatljivo

Odgovor 2-5

Naručilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-6

*Protokoli za različite oblasti primene - ovo je razumljivo i prihvatljivo

Odgovor 2-6

Naručilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-7

*Ekran u boji (8.4") osetljiv na dodir – dijagonala ekrana je irelevantna u slučaju fizikalne terapije (kod ultrazvučnih aparata ima smisla tražiti određenu veličinu ekrana, ali kod fizikalne terapije je nestručno i smešno – ne gledamo unutrašnje organe, nego radimo terapiju), pa smatramo da ovo treba izbaciti

Odgovor 2-7

Odgovor će biti dat u I izmeni I dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-8

* Mogućnost nadogradnje robotskog skenirajućeg sistema – pojasniti svrhu; smatramo da je nepotrebno

Generala Vasića 5,
11040 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3671574
+381 11 3671575

Fax: +381 11 3671887
www.oks.org.rs
office@oks.org.rs



OLIMPIJSKI KOMITET
SRBIJE

Odgovor 2-8

Naručilac ostaje pri zadatoj tehničkoj karakteristici jer je potrebno da postoji mogućnost kasnije nabavke nadogradnje radi lakšeg, bržeg rada i efikasnosti terapije koja nije zavisna od operatora (terapeuta) shodno tome je bezbednija i preciznija.

Tehnička specifikacija :

Pitanje 2-9

Snaga lasera 20 W – morate staviti raspon, u suprotnom favorizujete jednog ponuđača

Odgovor 2-9

Odgovor će biti dat u I izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-10

Talasna dužina 1064 nm – mora da stoji “ili neka druga koja obezbeđuje biostimulaciju u IR spektru”, u suprotnom favorizujete jednog ponuđača

Odgovor 2-10

Naručilac ostaje pri traženoj tehničkoj karakteristici jer prema saznanjima Naručioca tražena talasna dužina prema kliničkim studijama obezbeđuje najveću prodornost i najmanju apsorbciju kroz melanin, što pokazuje i veliki broj proizvođača koji ima upravo ovu talasnu dužinu.

Pitanje 2-11

Frekvenca 1 Hz- 20 kHz – ovo je u redu

Odgovor 2-11

Naručilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-12

Doza 1-1000 J/cm² - ovo je u redu

Odgovor 2-12

Naručilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-13

Faktor gustine 25%-75% - irelevantan, predlažemo da se izbaci

Odgovor 2-13

Naručilac ostaje pri definisanom zahtevu, jer se faktorom gustine određuje i dozira tretman impulsnim modom rada značajan za analizu u akutnim stanjima.

Pitanje 2-14

Prečnik spota zoom nastavka 10-30 mm – favorizuje jednog ponuđača, predlažemo da se izbaci

Odgovor 2-14

Odgovor će biti dat u I izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Pitanje 2-15

Režimi emisije: kontinuirani, pulsni, superpuls, trougaoni, sekvenčni, pojedinačni puls – pojasniti

Odgovor 2-15

Navedeni režimi koje je Naručilac tržio u tehničkim karakteristikama su modovi rada koji su ključni u formiranju terapeutskih protokola i njima se postiže individualizacija i raznovrsnost tretmana.

Pitanje 2-16


Regija tretiranja 1cm²-500cm² – ovo je u redu

Generala Vasića 5,
11040 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3671574
+381 11 3671575
Fax: +381 11 3671887
www.oks.org.rs
office@oks.org.rs



OLIMPIJSKI KOMITET
SRBIJE



Odgovor 2-16

Naručilac ostaje pri definisanom zahtevu.

Pitanje 2-17

Pribor:

- 1 x Optički zoom nastavak
 - 1 x držač za aplikator
 - 1 x sigurnosni konektor
 - 2 x zastitne naočare
 - 1 x kabl mrežnog napajanja
 - 1 x olovčica za ekran osetljiv na dodir – nepotrebno, predlažemo da se izbaci
 - 1 x prekrivač za uređaj - nepotrebno, predlažemo da se izbaci
- Ceo nabrojani pribor favorizuje jednog ponuđača!!!!

Odgovor 2-17

Odgovor će biti dat u Izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku

B. Pešotinac

Generalata Vasića 5,
11040 Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 3671574
+381 11 3671575
Fax: +381 11 3671887
www.oks.org.rs
office@oks.org.rs